

Anbietername:		<u>Verfahrensart:</u>	
		Verhandlungsvergabe (Vhv)	
		<u>Verfahrensnummer:</u>	
		Vhv 137_25 UFZ ID970	
Ort, Datum		Bewertung:	
		(mK) = messbare Bewertungskriterien: Bester Wert => volle Punktzahl danach absteigend linear bis zum Grenzwert	
Unterschrift Name			
Bitte beachten Sie: In dieser Tabelle dürfen sie NUR FOLGENDE ANGABEN machen: - Anbietername / Datum / Name / Unterschrift - entweder JA oder NEIN bzw. ankreuzen oder abhaken bei den aufgelisteten Kriterien - Angaben zu den jeweiligen Kriterien in zugeordneten Feld		° Die Änderung der Ausschreibungsunterlagen führt zum Ausschluss aus dem Verfahren.	
<u>Gewichtung Leistung in %</u>		55	
▼ Leistungskriterien			
Wertungskategorie: (mK) messbare Bewertungskriterien	50	Σ	Angaben zu messbaren Bewertungskriterien (bei Bedarf Erläuterung*):
Pkt 1.1 Erweitert einstellbares Temperaturspektrum bei der temperierbaren Messkammer (Pkt 2.6 MDK). Bewertung: Mögliche Kühlung unterhalb Raumtemperatur, die Differenz zur Raumtemperatur ist in °C anzugeben, PLUS mögliche höhere Temperierung in °C als in dem MDK gefordert. Die höchste Aufsummierung der angegebenen °C-Werte erhält die volle Punktzahl. Die Erfüllung des Mindestkriterieums NULL Punkte. Dazwischen wird linear bewertet.	Gesamtpunktzahl pro Wertungskategorie ▲	25	Pkt 1.1
Pkt 1.2 Erweiterter einstellbarer Wellenlängenbereich, welcher unterhalb oder oberhalb des in den Mindestkriterien geforderten Bereiches liegt (Pkt 2.2 und 2.3 MDK). Bewertung: Summe der erweiterten Bereiche bzgl. Absorption sowie Ex & Em für Fluoreszenz in nm. Die erweiterten Bereich sind einzeln anzugeben. Die höchste Anzahl an nm erhält die volle Punktzahl dei geforderten Mindestkriterien NULL Punkte. Dazwischen wird linear bewertet.		25	Pkt 1.2