

Anbietername		Vergabeverfahren:
		Verhandlungsvergabe (Vhv)
		Verfahrensnummer:
		Vhv 079_26 UFZ ID967
		Sollten Sie Anmerkungen machen wollen, welche nicht in das dafür vorgesehene Antwortfeld passen, so sind diese in einem GESONDERTEN Dokument, möglichst mit dem Namen <Ergänzung zum 03_08_Dokumentationsliste zu den MDKs Vhv 079_26 UFZ ID967> anzugeben. Eine textliche Anpassung des Wortlauts bestimmter Mindestkriterien bzw. eine Änderung der Ausschreibungsunterlagen führt zum Ausschluss aus dem Verfahren!
Ort,	Datum	
Unterschrift		Name

In diese Tabelle tragen Sie bitte ein:

1. Den Namen des Dokumentes Ihrer Angebotsunterlagen, in dem der Nachweis enthalten ist.
2. Die Seite des betreffenden Dokumentes, wo der Nachweis zu finden ist.
3. Gegebenenfalls den Absatz bzw. die Überschrift oder die laufende Nummer, wo auf der betreffenden Seite der Nachweis zu finden ist.

▼ Mindestkriterien		
Anzahl der zu dokumentierenden Mindestkriterien:		21
Pkt. 1.0	garantierter Support:	
Pkt. 1.1	Es wird garantiert, dass für das angebotene System/Gerät für mindestens 4 Jahre vollumfänglich Ersatz- und Verschleißteile sowie ggfs. Verbrauchsmaterialien verfügbar sind. Alternativ wird garantiert, dass das angebotene System/Gerät für den benannten Zeitraum instand gehalten werden kann. Außerdem ist sichergestellt, dass Support oder benötigte Wartungsleistungen von Auftragnehmer oder dem Hersteller des Systems/Gerätes für den genannten Zeitraum abgefordert werden können. HINWEIS: Kosten für Ersatz- oder Verschleißteile bzw. Verbrauchsmaterialien oder Serviceleistungen sind nicht Bestandteil dieser Position.	betrifft MDK lfd. Nr.: 1
Pkt. 2.0	Folgende Anforderungen an das System/Gerät werden vollumfänglich erfüllt:	
Pkt. 2.1	Die Werkbank ist mit einer Schleuse ausgestattet, die mit automatischer Begasung und einstellbarer Zykluszeit arbeitet und ein Volumen von mindestens 12 Litern besitzt. Diese Schleuse ist mindestens 190 mm hoch und so beschaffen, dass man, die Höhe beachtend, einen Quader mit folgenden Grundflächenabmessungen (Länge und Breite mindestens 197 mm) hineinschieben kann. Zudem ist ein passendes Tablett zum ergonomischen Arbeiten Bestandteil des Angebotes und im Lieferumfang enthalten.	betrifft MDK lfd. Nr.: 2
Pkt. 2.2	System zur Überwachung der anoxischen Bedingungen	betrifft MDK lfd. Nr.: 3
Pkt. 2.3	Kontinuierlich arbeitendes HEPA Filtersystem (ISO 14644 Klasse 3) für aseptisches Arbeiten in anoxischer Atmosphäre	betrifft MDK lfd. Nr.: 4
Pkt. 2.4	Bodenfläche des Geräts (mindestens 1200 x 500 mm) einteilig aus rostfreiem Edelstahl	betrifft MDK lfd. Nr.: 5
Pkt. 2.5	Automatisches Entfeuchtungssystem (Sensor und Kondensationsplatte) zur Vermeidung von Beschlagen und Verkeimungsgefahr	betrifft MDK lfd. Nr.: 6
Pkt. 2.6	Abnehmbare Frontscheibe, die ohne Einsatz von Werkzeug gelöst und befestigt werden kann.	betrifft MDK lfd. Nr.: 7
Pkt. 2.7	Blendfreie LED-Beleuchtung des Arbeitsraums	betrifft MDK lfd. Nr.: 8
Pkt. 2.8	Regal zur Ablage von Utensilien auf mindestens der Hälfte der Breite, reinigungsfreundlich und chemikalienbeständig sowie herausnehmbar	betrifft MDK lfd. Nr.: 9
Pkt. 2.9	System zur Überwachung der anoxischen Bedingungen	betrifft MDK lfd. Nr.: 10
Pkt. 2.10	Katalysator-System mit Anzeige des Katalysatorzustandes am integriertem Display* *Das an der Werkbank verbaute Display zeigt mindestens sowohl die Informationen des Katalysator-Systems, als auch Warnmeldungen bezüglich Gasalarm/Sauerstoffzutritt an.	betrifft MDK lfd. Nr.: 11
Pkt. 2.11	Eingriffmöglichkeit für weitere Person während der Arbeit durch einen zusätzlichen Port	betrifft MDK lfd. Nr.: 12
Pkt. 2.12	Fahrbares Untergestell, durch elektrische Verstellung auch während der Arbeit an ergonomische Arbeitshöhe anpassbar. Die minimale Höhe (Arbeitsfläche der Werkbank) beträgt 760 mm und ist einstellbar bis mindestens 1200 mm.	betrifft MDK lfd. Nr.: 13
Pkt. 2.13	Armstulpen-Zugang (3 ovale Eingänge) mit wechselbaren Manschetten zur Anpassung der Weite an verschiedene Anwender. - inkl. drei Paar Latex-Wechselmanschetten - inkl. 2 Paar Neopren-Manschetten in Größen M und L (für Latex-Allergiker)	betrifft MDK lfd. Nr.: 14
Pkt. 2.14	mindestens eine interne Steckdose 230 V	betrifft MDK lfd. Nr.: 15
Pkt. 2.15	Druckdicht abschließende Kabeldurchführung für ein Kabel, Durchmesser 18 - 25 mm, Reduziervorrichtung für Kabel 5-6 mm	betrifft MDK lfd. Nr.: 16
Pkt. 2.16	Absorber-System für Aufnahme von H2S und flüchtigen Fettsäuren	betrifft MDK lfd. Nr.: 17

Folgend tragen Sie bitte zu jedem hier aufgeführten Mindestkriterium jene "Stelle" aus Ihren Angebotsdokumenten ein, an der klar die Einhaltung des MDKs dargestellt/nachgewiesen ist.



Pkt. 1.0

Pkt. 2.0

Anbietername	Vergabeverfahren:
	Verhandlungsvergabe (Vhv)
	Verfahrensnummer:
	Vhv 079_26 UFZ ID967
Ort, Datum	Sollten Sie Anmerkungen machen wollen, welche nicht in das dafür vorgesehene Antwortfeld passen, so sind diese in einem GESONDERTEN Dokument, möglichst mit dem Namen <Ergänzung zum 03_08_Dokumentationsliste zu den MDKs Vhv 079_26 UFZ ID967> anzugeben. Eine textliche Anpassung des Wortlauts bestimmter Mindestkriterien bzw. eine Änderung der Ausschreibungsunterlagen führt zum Ausschluss aus dem Verfahren!
Unterschrift Name	
<p>In diese Tabelle tragen Sie bitte ein:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Den Namen des Dokumentes ihrer Angebotsunterlagen, in dem der Nachweis enthalten ist. 2. Die Seite des betreffenden Dokumentes, wo der Nachweis zu finden ist. 3. Gegebenenfalls den Absatz bzw. die Überschrift oder die laufende Nummer, wo auf der betreffenden Seite der Nachweis zu finden ist. 	
▼ Mindestkriterien	
Anzahl der zu dokumentierenden Mindestkriterien: 21	
Pkt. 2 . 17 Installation und Einweisung vor Ort	betrifft MDK lfd. Nr.: 18
Pkt. 2 . 18 Maximale Breite des Gerätes 166 cm, Tiefe ca. 80 cm, Arbeitshöhe innerhalb der Werkbank mindestens 42 cm	betrifft MDK lfd. Nr.: 19
Pkt. 2 . 19 Zusätzliche Einschubmöglichkeit für Kleinteile ca. 150 x 50 mm	betrifft MDK lfd. Nr.: 20
Pkt. 2 . 20 HEPA-Filtration der Abluft (zwingend optional anzubieten) ist nachrüstbar.	betrifft MDK lfd. Nr.: 21
	<p>Folgend tragen Sie bitte zu jedem hier aufgeführten Mindestkriterium jene "Stelle" aus Ihren Angebotsdokumenten ein, an der klar die Einhaltung des MDKs dargestellt/nachgewiesen ist.</p> <p>▼▼▼▼▼▼▼▼</p>