

Anbietername		Vergabeverfahren:					
		Verhandlungsvergabe (Vhv)					
		Verfahrensnummer:					
		Vhv 112_26 UFZ ID1040					
		Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Ihre Aussagen zu den 15 gelisteten Mindestkriterien, akzeptieren die Vorgaben und Bedingungen des Dokumentes: <03_02_Aufforderung zur Angebotsabgabe Vhv 112_26 UFZ ID1040> und bestätigen, dass alle bestätigten Mindestkriterien in Ihrem Angebot enthalten sind. Sollten Sie zu den Kriterien Anmerkungen machen wollen, so sind diese auf einem GESONDERTEN Blatt bzw. im Anschreiben zu machen. ° Die Nichterfüllung geforderter Mindestkriterien führt zum Ausschluss aus dem Verfahren. ° Eine Änderung der Ausschreibungsunterlagen führt zum Ausschluss aus dem Verfahren!					
Ort,				Datum			
Unterschrift				Name			
Bitte beachten Sie: In dieser Tabelle dürfen Sie NUR FOLGENDE ANGABEN machen: - Anbietername /Ort und Datum / Unterschrift / Name - entweder JA oder NEIN bzw. ankreuzen oder abhaken bei den aufgelisteten Kriterien (Die Anzahl der zu beantwortenden Kriterien ist im roten Feld ersichtlich)							
▼ Mindestkriterien							
Anzahl der zu erfüllenden Mindestkriterien:		15	Kriterium ohne Abstriche erfüllt:				
Pkt. 1 . 0	Anforderungen an Betriebssystem, Soft- und Hardware:		<table><tr><th>JA</th><th>NEIN</th></tr><tr><td>Pkt.</td><td>1.0</td></tr></table>	JA	NEIN	Pkt.	1.0
JA	NEIN						
Pkt.	1.0						
Pkt. 1 . 1	Als Betriebssystem für den enthaltenen Auswerte- und Steuer-PC wird mindestens eine Windows 11 Professional OEM oder besser als Basislizenz angeboten und installiert.	Ifd. Nr.: 1					
Pkt. 1 . 2	Eine leistungsfähige Steuer- und Auswerteeinheit bestehend aus dem eigentlichen PC, einem Flachbildschirm, einer Maus, und einer Tastatur mit deutschem Tastaturlayout, welche den Anforderungen zur Steuerung des Systems und der Auswertung aller anfallenden Daten entspricht, ist enthalten und für das in Punkt 1.1 genannte Betriebssystem geeignet.	Ifd. Nr.: 2					
Pkt. 1 . 3	Eine installierte und dauerhaft lizenzierte Steuer- und Auswertesoftware, welche den Anforderungen an die vollständige Steuerung des Systems sowie der umfassenden Auswertung der anfallenden Daten entspricht und das Kamerabild wieder geben kann, ist Bestandteil des Angebotes und für das in Punkt 1.1 genannte Betriebssystem geeignet.	Ifd. Nr.: 3					
Pkt. 1 . 4	Die Steuer- und Auswerteeinheit (Pkt. 1.2) erfüllt folgende Anforderungen: ° Grafikkarte: RTX A2000 12GB oder höher ° Arbeitsspeicher: mindestens 32GB (DDR5 oder gleichwertig) ° Prozessor: mindestens Intercore i7 13700 oder gleichwertig ° Systemspeicher: mindestens 512GB ° temporärer Laufwerksspeicher: mindestens 1TB ° Datenlaufwerksspeicher: mindestens 4TB	Ifd. Nr.: 4					
Pkt. 1 . 5	Das Gerät ermöglicht das Speichern von Dateien sowie den Export in das Dateiformat TIFF (.tiff).	Ifd. Nr.: 5					
Pkt. 1 . 6	Die Steuer- und Auswerteeinheit (Pkt. 1.2) ermöglicht den Zugriff auf das Internet.	Ifd. Nr.: 6					
Pkt. 2 . 0	garantierter Support:		<table><tr><td>Pkt.</td><td>2.0</td></tr></table>	Pkt.	2.0		
Pkt.	2.0						
Pkt. 2 . 1	Es wird garantiert, dass für das angebotene System/Gerät für mindestens 2 Jahre vollumfänglich Ersatz- und Verschleißteile sowie ggfs. Verbrauchsmaterialien verfügbar sind. Alternativ wird garantiert, dass das angebotene System/Gerät für den benannten Zeitraum instand gehalten werden kann. Außerdem ist sichergestellt, dass Support oder benötigte Wartungsleistungen von Auftragnehmer oder dem Hersteller des Systems/Gerätes für den genannten Zeitraum abgefordert werden können. HINWEIS: Kosten für Ersatz- oder Verschleißteile bzw. Verbrauchsmaterialien oder Serviceleistungen sind nicht Bestandteil dieser Position.	Ifd. Nr.: 7					
Pkt. 3 . 0	Folgende Anforderungen an das System/Gerät werden vollumfänglich erfüllt:		<table><tr><td>Pkt.</td><td>3.0</td></tr></table>	Pkt.	3.0		
Pkt.	3.0						
Pkt. 3 . 1	Optikträger mit Zoom-Vergrößerung, Okkular, Objektiv (Vergrößerungsbereich 8x-80x) und Trinokular. Das Objektiv ist ein Plan-korrigiertes -Objektiv mit 1,0-facher Vergrößerung oder gleichwertiger optischer Leistung mit einem Arbeitsabstand von 60mm.	Ifd. Nr.: 8					
Pkt. 3 . 2	Das Mikroskop ist mit einem Säulenstativ mit einer Säulenhöhe von mindestens 300 mm ausgestattet.	Ifd. Nr.: 9					
Pkt. 3 . 3	Die Durchlichtbasis muss über eine LED-Beleuchtung sowie Hellfeld-, Dunkelfeld- und ein Reliefkontrastverfahren (z. B. Schräglicht-/Oblique-Illumination oder gleichwertig) zur kontrastreichen Darstellung transparenter Proben verfügen.	Ifd. Nr.: 10					
Pkt. 3 . 4	Die LED-basierte Fluoreszenzlichtquelle deckt einen Bereich von 400-650nm ab und besteht aus mindestens 3 LEDs. Ein Controllport ist vorhanden.	Ifd. Nr.: 11					
Pkt. 3 . 5	Ein Blendschutz für Fluoreszenz ist vorhanden.	Ifd. Nr.: 12					
Pkt. 3 . 6	Fluoreszenzfilter für mCherry und GFP sind vorhanden und lassen sich unkompliziert hin- und herwechseln sowie an- und ausschalten.	Ifd. Nr.: 13					
Pkt. 3 . 7	Die Kamera ist monochrom und verfügt über einen CMOS Sensor mit einer Mindestpixelgröße von 2.4umx2.4um, mindestens 12-bit sowie mindestens 6,3 MegaPixel Auflösung.	Ifd. Nr.: 14					
Pkt. 3 . 8	Die Aufstellung des Mikroskopes einschließlich der in Punkt 1.2 aufgeführten PC-Peripheriegeräte ist auf einer Tischfläche von maximal 115cm x 75cm (LxB) möglich. Die Workstation kann unter dem Tisch mit einer Höhe von 70 cm aufgestellt werden. Sämtliche zur Verbindung der Systemkomponenten erforderlichen Kabel sind im Lieferumfang enthalten und ausreichend lang, um die vorgesehene Aufstellung zu ermöglichen.	Ifd. Nr.: 15					