

Anbietername		Vergabeverfahren:	
		Verhandlungsvergabe (Vhv)	
		Verfahrensnummer:	
		Vhv 125_26 UFZ ID960	
		Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Ihre Aussagen zu den 16 gelisteten Mindestkriterien, akzeptieren die Vorgaben und Bedingungen des Dokumentes: <03_02_Aufforderung zur Angebotsabgabe Vhv 125_26 UFZ ID960> und bestätigen, dass alle bestätigten Mindestkriterien in Ihrem Angebot enthalten sind.	
Ort, Datum			
Unterschrift		Name	
Bitte beachten Sie: In dieser Tabelle dürfen Sie NUR FOLGENDE ANGABEN machen: - Anbietername /Ort und Datum / Unterschrift / Name - entweder JA oder NEIN bzw. ankreuzen oder abhaken bei den aufgelisteten Kriterien (Die Anzahl der zu beantwortenden Kriterien ist im roten Feld ersichtlich)			
▼ Mindestkriterien			
Anzahl der zu erfüllenden Mindestkriterien:		16	
Pkt. 1 . 0	Anforderungen an Betriebssystem, Soft- und Hardware:		
Pkt. 1 . 1	Die angebotene Auswerte- und Steuer-Software ist geeignet für und kompatibel zu einem im UFZ vorhandenen PC/Notebook, welcher als Betriebssystem eine OEM-Windows-Professional-Installation ab Version 11 besitzt.	Ifd. Nr.: 1	
Pkt. 1 . 2	Eine installierte und dauerhaft lizenzierte Steuer- und Auswertesoftware, welche den Anforderungen an die vollständige Steuerung des Systems und der umfassenden Auswertung der anfallenden Daten entspricht, ist Bestandteil des Angebotes und für das in Punkt 1.1 genannte Betriebssystem geeignet.	Ifd. Nr.: 2	
Pkt. 2 . 0	garantierter Support:		
Pkt. 2 . 1	Es wird garantiert, dass für das angebotene System/Gerät für mindestens 8 Jahre vollumfänglich Ersatz- und Verschleißteile sowie ggfs. Verbrauchsmaterialien verfügbar sind. Alternativ wird garantiert, dass das angebotene System/Gerät für den benannten Zeitraum instand gehalten werden kann. Außerdem ist sichergestellt, dass Support oder benötigte Wartungsleistungen von Auftragnehmer oder dem Hersteller des Systems/Gerätes für den genannten Zeitraum abgefordert werden können. HINWEIS: Kosten für Ersatz- oder Verschleißteile bzw. Verbrauchsmaterialien oder Serviceleistungen sind nicht Bestandteil dieser Position.	Ifd. Nr.: 3	
Pkt. 3 . 0	Folgende Anforderungen an das System/Gerät werden vollumfänglich erfüllt:		
Pkt. 3 . 1	Das Gesamtgewicht der einsatzfähigen und bestückten Sonde überschreitet 15kg nicht.	Ifd. Nr.: 4	
Pkt. 3 . 2	Die angebotenen Sonde ist für einen Betrieb bei Einsattiefen bis 100m in Binnengewässern geeignet.	Ifd. Nr.: 5	
Pkt. 3 . 3	Die angebotenen Sonde ist für einen unabhängigen Messbetrieb, also Profilierung am Seil und interne Datenspeicherung, geeignet.	Ifd. Nr.: 6	
Pkt. 4 . 0	Die angebotenen Sonde erfasst mindestens die folgend benannten Messgrößen und erreicht mindestens die benannten Erfassungsintervalle:		
Pkt. 4 . 1	Die Datenaufnahme von allen folgend genannten Sensoren (Pkt 4.2 bis Pkt 4.9) erfolgt mit mindestens 4Hz. Die Ansprechzeit aller Sensoren ist im Angebot aufzulisten.	Ifd. Nr.: 7	
Pkt. 4 . 2	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: Druck für Tiefe (Sensor 1) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 0 ... 100 dezibar Genauigkeit : 0.1 dezibar Auflösung : 0.01 dezibar Ansprechzeit : 0.2s	Ifd. Nr.: 8	
Pkt. 4 . 3	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: Temperatur (Sensor 2) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 0 ...35 °C Genauigkeit : 0.01 °C Auflösung : 0.0004 °C Ansprechzeit : 0.2 s	Ifd. Nr.: 9	

Anbietername		Vergabeverfahren:		
		Verhandlungsvergabe (Vhv)		
		Verfahrensnummer:		
		Vhv 125_26 UFZ ID960		
		Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Ihre Aussagen zu den 16 gelisteten Mindestkriterien, akzeptieren die Vorgaben und Bedingungen des Dokumentes: <03_02_Aufforderung zur Angebotsabgabe Vhv 125_26 UFZ ID960> und bestätigen, dass alle bestätigten Mindestkriterien in Ihrem Angebot enthalten sind.		
Ort, Datum				
Unterschrift		Name		
Bitte beachten Sie: In dieser Tabelle dürfen Sie NUR FOLGENDE ANGABEN machen: - Anbietername /Ort und Datum / Unterschrift / Name - entweder JA oder NEIN bzw. ankreuzen oder abhaken bei den aufgelisteten Kriterien (Die Anzahl der zu beantwortenden Kriterien ist im roten Feld ersichtlich)				
▼ Mindestkriterien		Kriterium ohne Abstriche erfüllt:		
Anzahl der zu erfüllenden Mindestkriterien:		16	JA	NEIN
Pkt. 4 . 4	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: El. Leitf. (Sensor 3) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 0 ... 6 mS /cm Genauigkeit : 0.01 mS/cm Auflösung : 0.0002 mS/cm Ansprechzeit : 0.2 s	Ifd. Nr.: 10		
Pkt. 4 . 5	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: Gelöster Sauerstoff mit optischem Sensor (Sensor 4) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 0..40 mg/l Genauigkeit : 0.2 mg/l Auflösung : 0.05 mg/l Ansprechzeit : 2s	Ifd. Nr.: 11		
Pkt. 4 . 6	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: pH (Sensor 5) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 1..11 Genauigkeit : 0.05 Auflösung : 0.01 Ansprechzeit : 8s oder schneller	Ifd. Nr.: 12		
Pkt. 4 . 7	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: Chlorophyll a Fluoreszenz ; Anregung über Chl-a, Phycoerythrin, Phycocyanin (Sensor 6) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 0.. 100 µg/l	Ifd. Nr.: 13		
Pkt. 4 . 8	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: Trübe (Sensor 7) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 0 .. 250 FTU	Ifd. Nr.: 14		
Pkt. 4 . 9	Der als Option im Angebot enthaltene Sensor für die Messgröße: Photosynthetisch aktive Strahlung PAR (Sensor 8) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Spektralbereich: 400 ... 700 nm Messwertausgabe: µmol Photonen/(m²·s) Eignung: Unterwassermessung für Tiefen bis 100m	Ifd. Nr.: 15		
Pkt. 4 . 10	Die angebotenen Sonde bietet die Möglichkeit in Summe die acht benannten Sensoren (Pkt 4.2 bis Pkt 4.8 plus optional 4.9) parallel für den Messbetrieb aufzunehmen, deren Messwerte parallel zu erfassen und abzuspeichern. Der Betrieb der Sonde ist unabhängig von der Anzahl der installierten Sensoren und entspricht in jeder Sensorkonfiguration den hier aufgelisteten Mindestkriterien.	Ifd. Nr.: 16		