

Anbietername		Vergabeverfahren:		
		Verhandlungsvergabe (Vhv)		
		Verfahrensnummer:		
		Vhv 125_26 UFZ ID960		
		Sollten Sie Anmerkungen machen wollen, welche nicht in das dafür vorgesehene Antwortfeld passen, so sind diese in einem GESONDERTEN Dokument, möglichst mit dem Namen <Ergänzung zum 03_11_Dokumentationsliste zu den MDKs Vhv 125_26 UFZ ID960> anzugeben. Eine textliche Anpassung des Wortlauts bestimmter Mindestkriterien bzw. eine Änderung der Ausschreibungsunterlagen führt zum Ausschluss aus dem Verfahren!		
Ort,				Datum
Unterschrift				Name

In diese Tabelle tragen Sie bitte ein:

- Den Namen des Dokumentes ihrer Angebotsunterlagen, in dem der Nachweis enthalten ist.
- Die Seite des betreffenden Dokumentes, wo der Nachweis zu finden ist.
- Gegebenenfalls den Absatz bzw. die Überschrift oder die laufende Nummer, wo auf der betreffenden Seite der Nachweis zu finden ist.

▼ Mindestkriterien	
Anzahl der zu dokumentierenden Mindestkriterien:	
16	
Pkt. 2 . 0	garantierter Support:
Pkt. 2 . 1	Es wird garantiert, dass für das angebotene System/Gerät für mindestens 8 Jahre vollumfänglich Ersatz- und Verschleißteile sowie ggfs. Verbrauchsmaterialien verfügbar sind. Alternativ wird garantiert, dass das angebotene System/Gerät für den benannten Zeitraum instand gehalten werden kann. Außerdem ist sichergestellt, dass Support oder benötigte Wartungsleistungen von Auftragnehmer oder dem Hersteller des Systems/Gerätes für den genannten Zeitraum abgefordert werden können. HINWEIS: Kosten für Ersatz- oder Verschleißteile bzw. Verbrauchsmaterialien oder Serviceleistungen sind nicht Bestandteil dieser Position.
betrifft MDK lfd. Nr.: 3	
Pkt. 3 . 0	Folgende Anforderungen an das System/Gerät werden vollumfänglich erfüllt:
Pkt. 3 . 1	Das Gesamtgewicht der einsatzfähigen und bestückten Sonde überschreitet 15kg nicht.
betrifft MDK lfd. Nr.: 4	
Pkt. 3 . 2	Die angebotenen Sonde ist für einen Betrieb bei Einsattiefen bis 100m in Binnengewässern geeignet.
betrifft MDK lfd. Nr.: 5	
Pkt. 3 . 3	Die angebotenen Sonde ist für einen unabhängigen Messbetrieb, also Profilierung am Seil und interne Datenspeicherung, geeignet.
betrifft MDK lfd. Nr.: 6	
Pkt. 4 . 0	Die angebotenen Sonde erfasst mindestens die folgend benannten Messgrößen und erreicht mindestens die benannten Erfassungsintervalle:
Pkt. 4 . 2	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: Druck für Tiefe (Sensor 1) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 0 ... 100 dezibar Genauigkeit : 0.1 dezibar Auflösung : 0.01 dezibar Ansprechzeit : 0.2s
betrifft MDK lfd. Nr.: 8	
Pkt. 4 . 3	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: Temperatur (Sensor 2) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 0 ...35 °C Genauigkeit : 0.01 °C Auflösung : 0.0004 °C Ansprechzeit : 0.2 s
betrifft MDK lfd. Nr.: 9	
Pkt. 4 . 4	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: El. Leitf. (Sensor 3) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 0 ... 6 mS /cm Genauigkeit : 0.01 mS/cm Auflösung : 0.0002 mS/cm Ansprechzeit : 0.2 s
betrifft MDK lfd. Nr.: 10	
Pkt. 4 . 5	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: Gelöster Sauerstoff mit optischem Sensor (Sensor 4) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 0..40 mg/l Genauigkeit : 0.2 mg/l Auflösung : 0.05 mg/l Ansprechzeit : 2s
betrifft MDK lfd. Nr.: 11	

Folgend tragen Sie bitte zu jedem hier aufgeführten Mindestkriterium jene "Stelle" aus Ihren Angebotsdokumenten ein, an der klar die Einhaltung des MDKs dargestellt/nachgewiesen ist.

▼▼▼▼▼▼▼▼

Pkt. 2.0

Pkt. 3.0

Anbietername		Vergabeverfahren:		
		Verhandlungsvergabe (Vhv)		
		Verfahrensnummer:		
		Vhv 125_26 UFZ ID960		
		Sollten Sie Anmerkungen machen wollen, welche nicht in das dafür vorgesehene Antwortfeld passen, so sind diese in einem GESONDERTEN Dokument, möglichst mit dem Namen <Ergänzung zum 03_11_Dokumentationsliste zu den MDKs Vhv 125_26 UFZ ID960> anzugeben. Eine textliche Anpassung des Wortlauts bestimmter Mindestkriterien bzw. eine Änderung der Ausschreibungsunterlagen führt zum Ausschluss aus dem Verfahren!		
Ort,				Datum
Unterschrift				Name

In diese Tabelle tragen Sie bitte ein:

- Den Namen des Dokumentes ihrer Angebotsunterlagen, in dem der Nachweis enthalten ist.
- Die Seite des betreffenden Dokumentes, wo der Nachweis zu finden ist.
- Gegebenenfalls den Absatz bzw. die Überschrift oder die laufende Nummer, wo auf der betreffenden Seite der Nachweis zu finden ist.

▼ Mindestkriterien		
Anzahl der zu dokumentierenden Mindestkriterien:		16
Pkt. 4 . 6	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: pH (Sensor 5) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 1..11 Genauigkeit : 0.05 Auflösung : 0.01 Ansprechzeit : 8s oder schneller	betrifft MDK lfd. Nr.: 12
Pkt. 4 . 7	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: Chlorophyll a Fluoreszenz ; Anregung über Chl-a, Phycoerythrin, Phycocyanin (Sensor 6) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 0.. 100 µg/l	betrifft MDK lfd. Nr.: 13
Pkt. 4 . 8	Der im Angebot enthaltenen Sensor für die Messgröße: Trübe (Sensor 7) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Messbereich : 0 .. 250 FTU	betrifft MDK lfd. Nr.: 14
Pkt. 4 . 9	Der als Option im Angebot enthaltene Sensor für die Messgröße: Photosynthetisch aktive Strahlung PAR (Sensor 8) erfüllt vollumfänglich die folgenden Mindestanforderungen: Spektralbereich: 400 ... 700 nm Messwertausgabe: µmol Photonen/(m²·s) Eignung: Unterwassermessung für Tiefen bis 100m	betrifft MDK lfd. Nr.: 15
Pkt. 4 . 10	Die angebotenen Sonde bietet die Möglichkeit in Summe die acht benannten Sensoren (Pkt 4.2 bis Pkt 4.8 plus optional 4.9) parallel für den Messbetrieb aufzunehmen, deren Messwerte parallel zu erfassen und abzuspeichern. Der Betrieb der Sonde ist unabhängig von der Anzahl der installierten Sensoren und entspricht in jeder Sensorkonfiguration den hier aufgelisteten Mindestkriterien.	betrifft MDK lfd. Nr.: 16

Folgend tragen Sie bitte zu jedem hier aufgeführten Mindestkriterium jene "Stelle" aus Ihren Angebotsdokumenten ein, an der klar die Einhaltung des MDKs dargestellt/nachgewiesen ist.

▼▼▼▼▼▼▼▼