

Anbietername	Vergabeverfahren:
	Verhandlungsvergabe (Vhv)
	Verfahrensnummer:
	Vhv_159_26_UFZ_ID1201
	Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Ihre Aussagen zu den 26 gelisteten Mindestkriterien, akzeptieren die Vorgaben und Bedingungen des Dokumentes: <03_02_Aufforderung zur Angebotsabgabe Vhv_159_26 UFZ ID1201> und bestätigen, dass alle bestätigten Mindestkriterien in Ihrem Angebot enthalten sind.
	Sollten Sie zu den Kriterien Anmerkungen machen wollen, so sind diese auf einem GESONDERTEN Blatt bzw. im Anschreiben zu machen. ° Die Nichterfüllung geforderter Mindestkriterien führt zum Ausschluss aus dem Verfahren. ° Eine Änderung der Ausschreibungsunterlagen führt zum Ausschluss aus dem Verfahren!
Bitte beachten Sie: In dieser Tabelle dürfen Sie NUR FOLGENDE ANGABEN machen: - Anbietername /Ort und Datum / Unterschrift / Name - entweder JA oder NEIN bzw. ankreuzen oder abhaken bei den aufgelisteten Kriterien (Die Anzahl der zu beantwortenden Kriterien ist im roten Feld ersichtlich)	
▼Mindestkriterien	
Anzahl der zu erfüllenden Mindestkriterien: 26	
Pkt. 1 . 0 Anforderungen an Betriebssystem, Soft- und Hardware:	
Pkt. 1 . 1 Die angebotene Auswerte- und Steuer-Software ist geeignet für und kompatibel zu einem im UFZ vorhandenen PC/Notebook, welcher als Betriebssystem eine OEM-Windows-Professional-Installation ab Version 11 besitzt.	Ifd. Nr.: 1
Pkt. 1 . 2 Eine installierbare und dauerhaft lizenzierte Steuer- und Auswertesoftware, welche den Anforderungen an die vollständige Steuerung des Systems und der umfassenden Auswertung der anfallenden Daten entspricht, ist Bestandteil des Angebotes und für das in Punkt 1.1 genannte Betriebssystem geeignet.	Ifd. Nr.: 2
Pkt. 2 . 0 Folgende Anforderungen an das System/Gerät werden vollumfänglich erfüllt:	
Pkt. 3 . 0 Levellogger (10 Stück):	
Pkt. 3 . 1 Messbereich des Levelloggers beträgt 0 - 10 Meter	Ifd. Nr.: 3
Pkt. 3 . 2 Genauigkeit des Levelloggers beträgt +-0.05% FS	Ifd. Nr.: 4
Pkt. 3 . 3 Auflösung des Levelloggers beträgt 0,001% FS bis 0,0006% FS	Ifd. Nr.: 5
Pkt. 3 . 4 Messbereich des Temperatursensor beträgt -20°C bis 80°C	Ifd. Nr.: 6
Pkt. 3 . 5 Genauigkeit des Temperatursensor beträgt +-0,05°C	Ifd. Nr.: 7
Pkt. 3 . 6 Auflösung des Temperatursensors beträgt 0,003°C	Ifd. Nr.: 8
Pkt. 3 . 7 Messzeitauflösung beträgt 1/8 Sekunde bis 99 Stunden	Ifd. Nr.: 9
Pkt. 3 . 8 Durchmesser des Sensor beträgt 22mm (darf nicht größer sein auf Grund Abmessung GW-Rohr)	Ifd. Nr.: 10
Pkt. 3 . 9 Austausch der internen Batterie möglich (Nachhaltigkeit)	Ifd. Nr.: 11
Pkt. 3 . 10 Druckfest bis 10m Wassertiefe	Ifd. Nr.: 12
Pkt. 3 . 11 Datenauslesung mit optischer Schnittstelle (wasserdicht)	Ifd. Nr.: 13
Pkt. 4 . 0 CTD-Logger (3 Stück):	
Pkt. 4 . 1 Messbereich des Levelsensors beträgt 0 - 10 Meter	Ifd. Nr.: 15
Pkt. 4 . 2 Genauigkeit des Levelsensors beträgt +-0.05% FS	Ifd. Nr.: 16
Pkt. 4 . 3 Auflösung des Levelsensors beträgt 0,001%FS bis 0,0006% FS	Ifd. Nr.: 17
Pkt. 4 . 4 Messbereich des Temperatursensor beträgt -20°C bis 80°C	Ifd. Nr.: 18
Pkt. 4 . 5 Genauigkeit des Temperatursensor beträgt +-0,05°C	Ifd. Nr.: 19
Pkt. 4 . 6 Auflösung des Temperatursensors beträgt 0,003°C; Messbereich -20°C bis 80°C	Ifd. Nr.: 20
Pkt. 4 . 7 Messbereich des Leitfähigkeitssensors beträgt 0 - 100.000 µS/cm	Ifd. Nr.: 21
Pkt. 4 . 8 Genauigkeit des Leitfähigkeitssensors beträgt +-2%: 50 - 5000 µS	Ifd. Nr.: 22
Pkt. 4 . 9 Auflösung des Leitfähigkeitssensors beträgt +-0,1 MikroSiemens	Ifd. Nr.: 23
Pkt. 4 . 10 Austausch der internen Batterie möglich (Nachhaltigkeit)	Ifd. Nr.: 24
Pkt. 4 . 11 Datenauslesung mit optischer Schnittstelle (wasserdicht)	Ifd. Nr.: 25
Pkt. 4 . 12 Druckfest bis 10m Wassertiefe	Ifd.Nr.: 26